

灵台县人民医院发热门诊建设项目



(设备采购)更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZZTH-PL2025024

原公告的采购项目名称：灵台县人民医院发热门诊建设
项目（设备采购）

首次公告日期：2025年12月1日

二、更正信息

更正事项： 采购文件

更正内容：

原第十包采购内容“经皮肾镜（带主机）”技术要求中

配置清单要求：

序号	名称	规格	数量	备注
1	旁视 12° 内窥镜	15Fr × 280mm	1 支	1)必须采用优质不锈钢材料 2)内窥镜要采用德国光学玻璃、光纤、光锥 3)需带有方向标 4)蓝宝石镜头，永不磨损 5)新型光学系统 7)手术器械要采用进口钢材
2	穿刺套管	6Fr × 206mm	1 支	
3	扩张套管	11Fr × 135mm	1 支	
4	扩张器	8~22.5Fr	1 套	
5	硬性扩张导杆	9Fr × 580mm	1 支	
6	软性扩张导杆	9Fr × 580mm	1 支	
7	硬性爪钳	5Fr × 420mm	1 把	
8	锯齿抓石钳	6Fr × 420mm	1 把	
9	进水接门	/	1 支	
10	出水接门	/	1 支	
11	密封帽	/	10 个	

12	光缆	$\Phi 4 \times 2m$	1 条	8)耐高温窥镜
----	----	--------------------	-----	---------



现变更为：

配置清单要求：

序号	名称	规格	数量	备注
1	旁视 12° 内窥镜	15Fr × 280mm	1 支	1) 必须采用优质不锈钢材料
2	穿刺套管	6Fr × 206mm	1 支	2) 内窥镜要采用德国光学玻璃、光纤、光锥
3	扩张套管	11Fr × 135mm	1 支	3) 需带有方向标
4	扩张器	8 ~ 22.5Fr	1 套	4) 蓝宝石镜头，永不磨损
5	硬性扩张导杆	9Fr × 580mm	1 支	5) 新型光学系统
6	软性扩张导杆	9Fr × 580mm	1 支	7) 手术器械要采用进口钢材
7	硬性爪钳	5Fr × 420mm	1 把	8) 耐高温窥镜
8	锯齿抓石钳	6Fr × 420mm	1 把	
9	进水接门	/	1 支	
10	出水接门	/	1 支	
11	密封帽	/	10 个	
12	光缆	$\Phi 4 \times 2m$	1 条	
13	电脑主机	显示器：24 寸彩色显示器	1 台	/
		电脑主机：机箱 +win10 系统	1 套	
		泌尿科工作站软件（采集卡+脚踏+加密狗）	1 套	
		彩色打印机	1 台	

更正日期：2025 年 12 月 3 日

三、其他补充事宜

无。



四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：甘肃省灵台县人民医院

地 址：平凉市灵台县东大街 151 号

联系 方 式：0933-3604716 702

2. 采购代理机构信息

名 称：中政天合项目管理有限公司

地 址：平凉市崆峒区金润国际 2 号写字楼 10 层

联系 方 式：0933-8880988

3. 项目联系方式

项目联系人：边 阳

电 话：0933-8880988