泾川县中医医院提标扩能二期建设项目（设备采购）
更正公告

一、项目基本情况

原公告的项目编号：HSXH20260916

原公告的项目名称：泾川县中医医院提标扩能二期建设项目（设备采购）

首次公告日期：2026 年 9 月 21 日

二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 ☐采购结果

更正内容：

（一）原招标公告中获取招标文件时间：2026 年 9 月 22 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 9 月 29 日 23 时 59 分 59 秒（北京时间，法定节假日除外）

现更正为：2026 年 9 月 22 日 00 时 00 分 00 秒至 2026 年 9 月 29 日 23 时 59 分 59 秒（北京时间，法定节假日除外）

（二）原招标公告中关于“提交投标文件截止时间、开标时间”：2026 年 10 月 12 日 15 时 00 分（北京时间）

现更正为：2026 年 10 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）

（三）原招标文件 P31 页 5.2.3 条质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向崆峒区政府采购办公室投诉。

现更正为：质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向泾川县政府采购办公室投诉。

（四）原招标文件中部分技术参数

★1.总体要求				
基于设备先进性投标产品需为各品牌最新、最高端 1.5T 产品。且 NMPA 首次注册时间不得早 于 2023 年 1 月 1 日				
1	叫号系统	/	套	1
2	在原有线圈的基础上，增加膝关节线圈 1 个、肩关节线圈 1 个、关节柔性线圈中号 1 个、关节柔性线圈小号 1 个（第三方）			
3	设备机房的无磁化处理，机房的装修，无磁化空调安装。		项	1
4	远程业务学习教学屏（98 寸以上）		台	1
5	诊断工作站（彩色竖屏大于 6 兆）配套专业桌子		套	3

现更正为：

★1.总体要求				
基于设备先进性，投标产品 NMPA 首次注册时间不得早于 2023 年 1 月 1 日				
1	叫号系统	支持院内局域网运行，可统一管理所有分诊终端、叫号屏、叫号器。	套	1
2	配置膝关节线圈 1 个、肩关节线圈 1 个、关节柔性线圈（中号）1 个、关节柔性线圈（小号）1 个。线圈可选用设备原厂配套线圈；若原厂无对应型号线圈，可选用第三方合格医用线圈，第三方线圈须与本项目所投 1.5T 磁共振主机完全兼容，成像性能满足本项目临床诊断技术要求。			
3	完成磁共振设备机房无磁化处理、机房配套装修、无磁化空调供货及安装，满足 1.5T 磁共振设备安装、调试及长期稳定运行的全部配套要求。投标人可自行前往项目现场踏勘，踏勘所产生的全部费用由投标人自行承担。		项	1
4	远程业务学习教学屏（98 寸以上）		台	1
5	诊断工作站（彩色竖屏大于 6MP）配套专业桌子		套	3

（五）原评分标准

技术参数响应	投标产品技术性能完全满足招标文件参数要求得 30 分，带“★”项每负偏离一项扣 1 分；一般技术参数（非“★”项）每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。备注：带“★”供应商需提供相应的技术证明材料（如：第三方检验报告检测报告或产品技术白皮书或产品制造商公开发行的宣传资料等），并加盖供应商公章及厂家公章。注：未提供证明材料或提供的证明材料不能证明有效响应的视为负偏离。 备注：技术参数仅作为衡量产品性能高低的重要指标，不作为无效投标因素。	30 分

现更正为：

技术参数响应	投标产品技术性能完全满足招标文件参数要求得 30 分，带“★”项每负偏离一项扣 1 分；一般技术参数（非“★”项）每负偏离一项扣 0.5 分，本项分值扣止 0 分为止，不计负分。备注：所有技术参数供应商需提供相应的技术证明材料（如：第三方检验报告检测报告或产品技术白皮书或产品制造商公开发行的宣传资料等），复印件并加盖制造商公章。注：未提供证明材料或提供的证明材料不能证明有效响应的视为负偏离。 备注：技术参数仅作为衡量产品性能高低的重要指标，不作为无效投标因素。	30 分

其余内容不变

三、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：泾川县中医医院

地　　址：泾川县城北

联系方式：18152233305

2.采购代理机构信息

名　　称：甘肃恒晟新禾工程咨询有限公司

地　　址：泾川县世纪花园A区6号楼1单元1003室

联系方式：13809336663

3.项目联系方式

项目联系人：朱勇峰

电　　话：18152233305