平凉市精神卫生中心医疗设备采购项目
更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GSGL-2026-PL086

原公告的采购项目名称：平凉市精神卫生中心医疗设备采购项目

首次公告日期：2026 年 11 月 17 日

二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 ☐采购结果

更正内容：

（一）原竞争性磋商公告中关于“响应文件的提交、开启时间”：2026 年 11 月 30 日 9 点 00 分(北京时间理)。

现更正为：2026 年 12 月 2 日 9 时 00 分(北京时间)

（二）原一包采购文件 第三章 三、采购内容：（二）一包技术参数

*1、刺激强度：1.5T～8T。

*2、输出频率：0Hz～70Hz。输出脉冲频率 0.1Hz 以下，步长为 0.01Hz；超过 1Hz 时步长为 0.5Hz。

*3、冷却系统为智能液态内循环冷却系统，非风冷，双路独立循环温控液冷，保证线圈 24 小时连续工作不发热。冷却液无挥发，后期无需添加冷却液。

4、配备脚踏开关。

5、圆环线圈、平面 8 字型线圈均具备双面刺激。

*6、分体式设计，磁刺激主机和液冷机独立分开固定集成于专用台车，液电分离确保安全性。采用一体机承载软件系统，非笔记本承载，防止跌落隐患。

*7、磁刺激主机自带显示屏可直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态。

8、双通道独立输出，可进行双拍同步刺激，双拍同步刺激时间间隔：0ms～252ms（重复刺激模式）。支持双部位或双人同时治疗：两个线圈可以实现不同处方、不同刺激强度同时治疗同一患者的两个部位或同时治疗两位患者。两线圈无强制关联关系。

9、配备专业医用级隔离电源。

*10、既可以实现双拍毫秒级同步刺激，也可以实现单拍毫秒级同步。

*11、靶点位置 3D 显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部的治疗区准确位置。

12、多种刺激模式，包括：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、序列刺激模式、TBS 刺激模式、外部触发模式，可自由切换。

13、脉冲上升时间：67μs～96μs，允差±10%。

14、脉冲宽度：330μs～410μs，允差±10%。

15、磁感应强度的最大变化率：29kT/s～135kT/s，允差±20%。

*16、具备运动诱发电位(MEP)检测功能，可采集肌电信号(EMG)，并显示相应波形。通道数：2 通道。传输方式：有线传输，非无线传输，确保信号稳定。采样率≥120KHz。

17、治疗方案：内置多种治疗方案可选，并可免费更新及扩展，具有采集部位、刺激部位、NCS 项、TMS 治疗指南、标准方案库、TBS 方案库功能，可增加自定义方案并海量储存，可以实现斯坦福抑郁症治疗方案。

18. 设备使用年限≥10 年。

现更正为：

*1. 刺激强度：最大磁感应强度≥6T。

*2. 输出频率：0Hz～60Hz。

*3. 冷却系统为智能液态内循环冷却系统，非风冷，双路独立循环温控液冷，保证线圈 24 小时连续工作不发热。冷却液应无渗漏、无挥发现象；当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

4. 配置脚踏开关。

5. 圆环线圈、平面 8 字型线圈均具备双面刺激功能。

*6. 分体式设计，磁刺激主机和液冷机独立分开固定集成于专用台车，液电分离确保安全性。

*7. 磁刺激治疗仪显示屏可直观显示刺激强度、线圈温度及液冷机运行状态。

*8. 双通道独立输出，可进行双拍同步刺激。支持双部位或双人同时治疗：两个线圈可以实现不同处方、不同刺激强度同时治疗同一患者的两个部位或同时治疗两位患者。两线圈无强制关联关系。

9. 配备专业医用级隔离电源。

*10. 实现双拍毫秒级同步刺激。

*11. 靶点位置 3D 显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部的治疗区准确位置。

12. 多种刺激模式，包括：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、序列刺激模式、TBS 刺激模式，可自由切换。

13. 脉冲上升时间：40μs～100μs，允差±10%。

14. 脉冲宽度：330μs～410μs，允差±10%。

15. 磁感应强度的最大变化率：20kT/s～135kT/s，允差±20%。

*16. 具备运动诱发电位（MEP）检测功能，可采集肌电信号（EMG），并显示相应波形。通道数：2 通道。采样率≥100KHz。

17. 治疗方案：内置多种治疗方案可选，并可免费更新及扩展，具有采集部位、刺激部位、NCS 项、TMS 治疗指南、标准方案库、TBS 方案库功能，可增加自定义方案并海量储存，具备多脉冲爆发式刺激方案。

*18. 原厂全新机，出厂日期距到货≤6 个月，拒绝样机、翻新机。设备使用年限≥10 年，使用期年限内，终身免费软件升级。（需提供承诺书）

（三）原一包采购文件一包综合评分表 技术评分第一项为：

序号	项目	分值
二	技术	60
1	投标产品技术响应： 1. 标注“*”为重要技术指标，每负偏离一项扣 2.5 分，共计 8 项，满分 20 分。（标注*的技术参数须提供产品	30

	说明书或者检验报告或者彩页等支撑材料，支撑材料须加盖供应商公章，否则视为负偏离。） 2.未标注“*”的为一般技术要求，每负偏离一项扣1分，共计10项，满分10分。（以技术偏离表参数响应为准）	

现更正为：

序号	项目	分值
二	技术	60
1	投标产品技术响应： 1.标注“*”为重要技术指标，每负偏离一项扣2分，共计10项，满分20分。(标注“*”的技术参数，除第18条须提供承诺书,其他以产品说明书或者检验报告或者产品彩页等支撑材料加盖供应商公章为准，否则视为负偏离。） 2.未标注“*”的为一般技术要求，每负偏离一项扣1.25分，共计8项，满分10分。（以技术偏离表参数响应为准）	30

其余事项不变

更正日期：2026年11月26日

三、其他补充事宜

无

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采 购 人：平凉市精神卫生中心

地　　址：平凉市崆峒区西兰东路 101 号

电　　话：0933-8718816

2. 采购代理机构信息

名　　称：甘肃国联项目管理咨询有限公司

地　　址：平凉市崆峒区宏达国际花园 B 区 8 号商铺 301 室

联系方式：0933-8598828

3. 项目联系方式

项目联系人：陈小刚

电　　话：0933-8598828